

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi

Sayı: :96671655 /
Konu : Teklif

15.06.2023

TEKLİF FORMU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemenin ve/veya hizmetin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın birim fiyat üzerinden, ekte yer alan teknik şartnameye uygun olacak şekilde düzenlenerek, teklifinizi pozantidh.satinalma@gmail.com adresine mail olarak gönderilmesi veya kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmesini rica ederim

Mustafa DURDU
Tıbbi Sekreter

Sıra No	Birim Fiyata Esas İş Kaleminin Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
1	VAKUM POMPASI BAKIM ONARIMI	1	ADET		
TOPLAM(KDV HARIÇ)					

Önemli Notlar:

Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

Alınan ürünlerin UBB'ye tabi olması halinde UBB Kodu'nun (UTS) yazılarak gönderilmesi şarttır.

Teklif edilen Mal/Hizmet alımları için teslim süresi, varsa markaları ve modellerinin yazılması gerekmektedir.

Verilecek olan tekliflerin en az 30 takvim günü geçerli olmalıdır.

Teklif fiyatları Türk Lirası olarak, birim fiyat üzerinden verilecektir.

Alternatif teklif verilmeyecektir.

Teklifler adı, soyadı ve ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

Son teklif tarihi :16.06.2023 saat 15.00 a kadardır. İş bu teklif tarihinden ve saatinden sonraki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İrtibat Adresi: 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi, Eski Ankara Yolu Üzeri Pozantı, ADANA

İrtibat Tel: (322)5813945 - 3067

İrtibat Fax: (322) 581 39 65

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan bu işe ait bütün belgeler tarafımızdan (teklif mektubu, teknik şartname) incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak yukarıda vermiş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı
İmzası Firma Kaşesi

POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ
2023 YILI VAKUM POMPASI
BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMİ ŞARTNAMESİ

Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'nde mevcut bulunan VAKUM POMPASININ BAKIM ONARIM işidir.


İdare:Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi

Cihaz: Üzümcü marka VPS100 MODEL Bakım onarım yapılacak

Bakım: Cihazların tamamı ya da bir parçasının fonksiyonunu yitirmesi durumunda hasta alımına engel olmayacak şekilde sorunu giderip, sistemi tam kapasite ile çalışır hale getirmek.

MADDE 2: YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

1. Hastanemiz, vakum pompası hattındaki 2023 yılı içerisinde sağlıklı çalışıp çalışmadığı ve arıza olup olmadığının kontrolü sistemde herhangi bir sorun tespit edilmesi halinde telefon, fax,e-mail vb. iletişim yolları ile yükleniciye ulaşıldığında acil müdahale için yüklenicinin iştirak etmesi zorunludur. **İş bu acil müdahalelerde kullanılacak malzemeler** idarenin onayı ve bilgisi olmadan alınıp, takılmayacaktır. İdare gerekirse bu parçaları yükleniciden veya başka firmadan temin edebilir ancak montaj ücretsiz yapılır. **Bundan hariç aşağıda belirtilen sistemindeki kontrollerin yapılması gerekecektir.**
2. Söz konusu sistemlerdeki servis saatinin kontrolleri yapılacaktır.
3. Emniyet kontrolleri ve ayar işlerinin yapılarak, tesisin güvenli işlemesi ve emniyeti bakımından önemli olan aksamların temizlenmesinin sağlanması,
4. Vakum santralinde mevcut bulunan kontrol paneli üzerindeki ekipmanların çalışır halde olup olmadığı ve kontrol panosunun çalışma aksamının uygunluğu kontrol edilecektir.
5. Herhangi bir yıpranma var ise bu eksikliğin giderilmesi için işlemlerin başlatılması
6. Vakum kontrol panosunda ile ana hat basınçları için dizayn edilmiş olan çalışır vaziyette kalmasının sağlanması ve kontrolü yapılarakSistemde kaçaklar var ise kaçakların giderilerek, uygun malzemeler ile güvenli ve işler hale getirilmesi, hastane genelinde kaçak kontrollerinin yapılması.
7. Vakum santralinin bakımının yapılması. Hatlarda kesme veya parça ekleme yapılacak ise malzemelerin fiyatının idareye bildirilerek onay verilmesi halinde işlemin yapılması,Yağ,Yağ filtresi,hava filtesi yenileriyle değişecektir.
8. Yapılacak bakım onarım işlemleri kurumun belirlediği personel nezaretinde yapılır. Arıza işleri nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. Bakım yetkisi yükleniciye aittir. İdare yüklenicinin her türlü çalışmalarında isterse gözlemci bulundurabilir. Gözlemcinin tavsiyesi dikkate alınır.
9. Cihazlarda meydana gelen arızalar, firmanın bildirdiği sözleşmedeki bilgilerde yer alan telefon,fax veya e-mail adreslerinden bildirim yapılmasına müteakip **en geç 5(Beş) saat , yüklenicinin yetkili elemanlarınca arızaya müdahale edilir.**
10. Yüklenici firma ve kurum sözleşme kapsamında, çalışmaları 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan tüm tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yapma konusunda tamamen sorumludur.
11. Sistemin rutin bakımları işlerliğinin kontrolü üzerine yapılır ve servis bakım raporu düzenlenir.



12. Yüklenici emniyet için gerekli gördüğü her türlü tedbiri alır ve uyarı yapar, tüm sistemlerin toz ve pisliklerden temizlenmesini sağlar.
13. Yüklenici tarafından hazırlanan arıza bakım formları ve periyodik bakım formları taraflarca imza altına alınır.
14. Yüklenici firma, idarenin sorumlu gördüğü en az 1 elemanına sözleşmeyi müteakiben bakım sözleşmesi kapsamındaki cihazlarla ilgili gereken eğitimi idarenin resmi ikamet adresi içinde belirleyeceği bir serviste ve ayrıca sistemler üzerinde uygulamalı bir şekilde ücretsiz olarak verir.
15. Firma, sistemi ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, varsa bunlarda zorunlu değişiklikleri tekliflerinde dikkate alır ve buna göre teklif verirler. Firma cihazlara ait uygun durum ve değerlendirme yaparak, cihazların aktif çalışmasını sağlamakla yükümlüdür. Teklif vermekle bu durumu kabul etmiş olur.
16. Firma herhangi bir mahalde çalışırken, diğer bir birime zarar ve ziyan vermemek için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır.
17. Yüklenici firma; sözleşmenin imzalanmasına müteakip, ayrıntılı ve açıklamalı periyodik bakım onarım iş programını, periyodik bakım-onarım ve arıza kontrol föylerini ve gerekli olan tüm defterlerini idareye verir.
18. İş bu teknik şartnameye ve diğer yasal talimatlara uygun olarak, bir bakım talimatnamesi hazırlar ve herhangi bir arıza durumunda acil ilk müdahale talimatı da hazırlayıp, idarenin sorumlu görevlisine verir. Yüklenici idare tarafından arızaların, sorunların ve isteklerin bildirilebilmesi amacıyla iletişim bilgileri bulundurur. Sabit adres, telefon, fax, e-posta, mobil telefon bilgileri idareye bildirilir.
19. Yüklenici bakım ve arızalara müdahale sırasında, aşınmış, yıpranmış veya arızalanmış parçaları idareye bildirmek zorundadır. Değişmesi gereken parçanın idarenin onayı alındıktan sonra yerinden sökülmesi, yerine takılması ve çalışır halde teslimi firma tarafından ücretsiz yapılır ve parçaların idareye fatura edilmesi çalıştırıldıktan sonra yapılır.
20. Periyodik bakım ve onarım, parça değişimi, arızanın giderilmesi vs.sırasında veya sonrasında, sitemde veya sistemi meydana getiren ana veya yardımcı parçalardaki ve aksamlardaki her türlü iş ve işlemler (söküm, takım , diş açma, malzemenin mahalinden başka bir yere götürülüp getirilmesi ve/veya göstereceği yerin nakliyesi vs.) yüklenici tarafından idareye bildirilerek yapılacaktır.
21. Montaj esnasında parçaların arızalanmasından, yüklenici sorumludur.

MADDE 3: KAPSAM

Yüklenici firma periyodik bakım ve hizmetlerini mesai saatleri içerisinde 08:00-17:00 yapacaktır. (Acil müdahaleler ve iştirakler hariç)

MADDE 4: GARANTİ ŞARTLARI

- 1- Arıza durumunda yedek parça ve yapılan iş için 1(bir) yıl garanti verecektir. Bu süre içerisinde aynı parçadan sorun çıkması durumunda, yüklenici veya tedarikçi firma ücretsiz olarak parçayı temin ve montajla yükümlüdür.
- 2- Bakım periyotlarında uzmanlığı belgelenmiş kişiler tarafından cihazların bakımı yapıp, takibi sağlanacaktır. Firma bakım, onarım sözleşmesi bitim tarihinde cihazları çalışır halde bırakacaktır.

MADDE 5: RİSKLER

- 1- Firma bakım esnasında 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu dahil her türlü can ve mal güvenliğini almakla yükümlüdür

B. Demir

- 2- Firma tarafından bakım onarım ve arıza amaçlı idareden teslim alınan cihaz, noksan ve hatalı sevk edilmiş ise kusurlu ambalajlama, dolayısı ile hasara uğrayan cihaz veya yedek parçalar veya montaj esnasında hasara uğrayan cihaz ve yedek parçalar, bütün masraflar firmaya ait olmak üzere ücretsiz değişecektir.

MADDE 6: CEZAI HÜKÜMLER

- 1- Firma MADDE-3'de belirtilen sürelerde arızaya müdahale edecektir. Belirtilen sürenin aşılması durumunda, aşılan her gün için bakım sözleşme bedelinin **binde on'u** oranında cezai işlem uygulanır ve ilk tahakkuk döneminde firma hak edişinden kesilir.
- 2- Cihazların periyodik bakım onarımlarının yapılmaması durumunda, firmaya sözleşme bedelinin %5'i oranında cezai işlem uygulanır ve ilk tahakkuk döneminden de firmadan kesilir.

MADDE 7: GEREKLİ BELGELER:

- 1- Yüklenicinin, firma faaliyet belgesi olmalıdır, **ISO 9001** ve **Ayrıca TSE Hizmet yeterlilik Belgesi'de** teklifi ile beraber sunacaktır.

DİĞER HÜKÜMLER:

- 1- Firmalar teklif vermeden önce iş yerine gelerek keşif yapacaklardır.
- 2- Keşif yapmadan teklif veren firmalar, keşif yapmış sayılacaklardır ve itirazları kabul edilmeyecektir

B. Bekir D. D. D.