

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi

Sayı : 96671655 /

16.06.2023

Konu : Teklif

TEKLİF FORMU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemenin ve/veya hizmetin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın birim fiyat üzerinden, ekte yer alan teknik şartnameye uygun olacak şekilde düzenlenerek, teklifinizi pozantidh.satinalma@gmail.com adresine mail olarak gönderilmesi veya kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmesini rica ederim

Mustafa DURDU
Tıbbi Sekreter

Sıra No	Birim Fiyata Esas İş Kaleminin Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
1	RICHARDSON EKARTÖR	2	ADET		
2	ARMY EKARTÖR	4	ADET		
3	ÇAMAŞIR KLEMPİ	6	ADET		
4	PENSET DİŞSİZ	2	ADET		
5	ASPIRATÖR UCU REUSABLE (ÇOK KULLANIMLIK)-AYRILABİLİR DİŞ BORULU EMME KANÜLÜ	2	ADET		
6	DANDY KLEMP (EĞRİ)	20	ADET		
7	CRİLE KLEMP DÜZ	6	ADET		
TOPLAM(KDV HARİÇ)					

Önemli Notlar:

Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

Alınan ürünlerin UBB'ye tabi olması halinde UBB Kodu'nun (UTS) yazılarak gönderilmesi şarttır.

Teklif edilen Mal/Hizmet alımları için teslim süresi, varsa markaları ve modellerinin yazılması gerekmektedir.

Verilecek olan tekliflerin en az 30 takvim günü geçerli olmalıdır.

Teklif fiyatları Türk Lirası olarak, birim fiyat üzerinden verilecektir.

Alternatif teklif verilmeyecektir.

Teklifler adı, soyadı ve ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

Son teklif tarihi :19.06.2023 saat 12.00 a kadardır. İş bu teklif tarihinden ve saatinden sonraki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İrtibat Adresi: 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi, Eski Ankara Yolu Üzeri Pozantı, ADANA

İrtibat Tel: (322)5813945 - 3067

İrtibat Fax: (322) 581 39 65

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan bu işe ait bütün belgeler tarafımızdan (teklif mektubu, teknik şartname) incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak yukarıda vermiş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı
İmzası Firma Kaşesi

RİCHARDSON EKARTÖR ŞARTNAMESİ

1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. 134 derecede buharlı otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.
3. İkili olmalıdır ebatları 38x37mm/22x21mm-29x30mm/64x43mm 25 ve 27 cm olmalıdır.

DANDY KLEMP EĞRİ

1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. 134 derecede buharlı otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.
3. 140mm boyutunda olmalıdır.

FIGURE 1

CRILE KLEMP DÜZ

1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. 134 derecede buharlı otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.
3. 140mm boyutunda olmalıdır.

ARMY EKARTÖR ŞARTNAMESİ

1. Double army ekartör ebatları 26x15/43x15-22x15mm 22cm olmalıdır.
2. 134 derecede buharlı otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.
3. 2'li set halinde olmalıdır.
4. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

ÇAMAŞIR KLEMPİ

1. Backhaus modeli 9cm ebatında olmalıdır.
2. 134 derecede buharlı otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.
3. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

AYRILABİLİR DIŞ BORULU EMME KANÜLÜ

1. GF860R Modeli Olive Ø 8 - 10,5 mm olive diam. 8-10.5 mm 225mm boyutunda olmalıdır.
2. 2'li set halinde olmalıdır.
3. 134 derecede buharlı otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.
4. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

DIŞSİZ PENSET

1. Bd 257 R modeli 200mm ebatında olmalıdır.
2. 134 derecede buharlı otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.
3. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

Büşra Demirbaş
Jel.