

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi

Sayı: :96671655 /

4.07.2023

Konu : Teklif

TEKLİF FORMU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemenin ve/veya hizmetin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın birim fiyat üzerinden, ekte yer alan teknik şartnameye uygun olacak şekilde düzenlenerek, teklifinizi pozantidh.satinalma@gmail.com adresine mail olarak gönderilmesi veya kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmesini rica ederim

Mustafa DURDU
Tıbbi Sekreter

Sıra No	Birim Fiyata Esas İş Kaleminin Adı	Miktarı	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
1	2023 YILI OTOKLAV CİHAZI PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ	2 DEFA		
			TOPLAM	

Önemli Notlar:

Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

UTS Kaydı, faaliyet belgesi, hizmet yeterlilik belgesi, oda kayıt belgesi (var ise sicil gazetesi) vekil imza edecek ise vekalet örneği, istenilen belgeler ile birlikte teklifin ekinde sunulması zorunludur.

Alınan ürünlerin UBB'ye tabi olması halinde UBB Kodu'nun (UTS) yazılarak gönderilmesi şarttır.

Teklif edilen Mal/Hizmet alımları için teslim süresi, varsa markaları ve modellerinin yazılması gerekmektedir.

Verilecek olan tekliflerin en az 30 takvim günü geçerli olmalıdır.

Teklif fiyatları Türk Lirası olarak, birim fiyat üzerinden verilecektir.

Alternatif teklif verilmeyecektir.

Teklifler adı, soyadı ve ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

Son teklif tarihi :05.07.2023 saat 15:00 a kadardır. İş bu teklif tarihinden ve saatinden sonraki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İrtibat Adresi: 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi, Eski Ankara Yolu Üzeri Pozantı, ADANA

İrtibat Tel: (322)5813945 - 3067

İrtibat Fax: (322) 581 39 65

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan bu işe ait bütün belgeler tarafımızdan (teklif mektubu, teknik şartname) incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak yukarıda vermiş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı
İmzası Firma Kaşesi

T.C.
POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ
2023 YILI OTOKLAV CİHAZI BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Hastanemizde bulunan otoklav Cihazının Bakım Şartnamesidir.

CİHAZ ADI	MARKA	MODEL	BAKIM SAYISI	KÜNYE NUMARASI
OTOKLAV	ERYİĞİT	ERS 75 DİK TİP	2	1011298116

İDARE: Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi/ADANA-POZANTI


Yüklenici: Otoklav Cihazının periyodik bakım ve onarımını üstlenecek olan firmayı temsil eder.

SÜRE: Söz konusu hizmet alımı, sözleşme imzalandığı tarihten başlayıp(bu tarihte dahil) , 31.12.2023 tarihi saat 24:00'a kadar geçerli olacaktır.

Bakım Periyodu: Yılda 2 kez. (Acil müdahaleler hariç)

GENEL HÜKÜMLER:

- Yüklenici firma tarafından, otoklav cihazının periyodik bakım ve onarımları, yılda 2(İKİ)kez olmak üzere, 2023 tarihleri içerisinde yapılacak olup, bu işlemleri yapacak olan firmaların **TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi** olacak, satın almaya sundukları TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinin kapsamı, teklif verdiği hizmetle alakalı olacaktır. Yeterlilik tarihi geçmiş olan firmaların teklifleri değerlendirme dışı olacaktır. Söz konusu belgelerde revizyon tarihi gelen yüklenici firma, sene içerisinde belgelerini güncelleyip satınalma birimine sunacaktır aksi takdirde iş bu belgeleri güncellemeyen yüklenici firma ile yapılmış olan bakım onarım hizmeti alımı sözleşmesini, hastane idaresi tek taraflı feshedebilme hakkında sahip olacaktır.
- Teklif veren firmaların ISO 9001 Kalite Yönetim belgesi olacak olup, satın almaya sundukları ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesinin içeriği teklif verdiği hizmetle alakalı olacaktır. Ayrıca iş bu belgeyi güncellemeyen yüklenici firma ile yapılmış olan bakım onarım hizmeti alımı sözleşmesini, hastane idaresi tek taraflı feshedebilme hakkında sahiptir.
- Yüklenici firmalar teklif verdiği hizmet kapsamındaki test ve ölçüm işlemleri için kullanacağı cihazların kalibrasyon belgelerini de satınalmaya sunacaktır. Kalibrasyon tarihi geçen ve kalibrasyonu yapılmamış olan test ve ölçüm cihazları geçersiz sayılacak ve yüklenicinin teklifi değerlendirilmeyecektir.
- Yüklenici firma bakım yaptığı süre boyunca hastanedeki görevli personel kendilerine refakat edecektir.



- Yklenici firma periyodik bakım sonunda, bakımın yapıldığı cihazın kullanıldığı birime veya yetkili personele 2 adet bakım formunu onaylatacaktır. Onaysız bakım formları geçersiz sayılacak ve bakım tekrarlanacaktır. Yklenici, bakım formlarını 2 nsha olarak dzenleyecektir.
- Periyodik bakımlar esnasında cihazların kalibrasyon etiketlerini de kontrol edecek, kalibrasyon tarihi geen, kalibrasyon etiketi olmayan veya kalibrasyona ihtiyaı olduėu fark edilen cihazlar, idareye yazılı olarak bildirilecektir.
- Yklenici firma bakım veya onarımını yaptıėı cihazın kalibrasyona ihtiyaı olduėunu fark ederse ve kalibrasyonu cretsiz olarak yapmayı kabul ettiėi durumda, kalibrasyon ynetmeliėine uygun yapacaktır.
- İdarenin onayı ve bilgisi olmadan para takılmayacak ve fatura edilmeyecektir. Sz konusu para takılması iřlemi, lzum grlen paranın servis formunda yazılması neticesinde, gerekli satınalma prosedrleri yerine getirildikten sonra, lzum grldėnde ykleniciden veya bařkaca bir firmadan temin edilebilir.
- Yklenici firma szleřme kapsamında bulunan Otoklav cihazı iin %95 UPTIME alıřma sresi garantisini verecektir. Satın alma iřlemlerinin gecikmesi gibi idare kaynaklı gecikmeler hari cihazların %95 UPTIME alıřma sresi ařıldıėı durumda idare szleřmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.
- Arıza tespiti hastanede yapılamayan ve cihazın gtrlmesi gereken durumlarda, yklenici firma Biyomedikal Dayanıklı Tařınır Depo Yetkilisinden mutlak surette emanet ıkıřı tařınır iřlem fiřini alacaktır.
- Yklenici firma bakım onarım hizmetinin yapılması esnasında gerekli olan tm ekipman, alet ve donanıma sahip olmalıdır.
- Bakım sayısı yukarıda belirtilen sayı kadar (periyot) szleřme sresince yklenici tarafından yerine getirilecektir.
- Bakım onarım hizmetleri idaremizin ilgili birimle koordineli řekilde yapılacaktır. Bakım onarım ve diėer mdahaleler idaremizin belirttiėi saatlerde yapılacaktır.
- İdaremizden yetkililer olmadan ilgili cihazlara mdahale yapılmamalıdır.
- Bakımı yapacak firmanın ilgili cihazlar iin aynı markaya sahip Satıř Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olması ve bakımı yapacak personelin cihaz ile ilgili eėitim belgelerine sahip olması gereklidir.
- Cihazlara yapılan tm iřlemler servis formunda belirtilecektir. Servis formları firma tarafından cihazların tm bilgileri (Marka, model, seri no vb..) yazılarak belirtilmelidir.

- Otoklav cihazının bakımı sırasında aşağıdaki işlemler yapılacaktır.
 - * Silikon contanın eskiyip eskimediğinin kontrolü yapılacaktır.
 - * Cihazda kaçak olup olmadığının kontrolü yapılacaktır.
 - * Cihaz dış yüzey temizliğinin kontrolü ve bakımı yapılacaktır.
 - * Sıhhi tesisat kaçak kontrolü ve bakımı yapılacaktır.
 - * Kazan Vakum hattı pislik tutucularının temizliği yapıp kontrol edilecektir.
 - * Su arıtma sisteminin çalışma kontrolü yapılacaktır.
 - * Sterilizatör çalışması (Bowie-dick test, Yük Kontrol Testi) kontrol edilecektir.
 - * Herhangi bir çalışma programı sırasında kazan basınç ve sıcaklık değerlerinin kontrolü elektronik olarak yapılacaktır.
 - * Kazan iç yüzey temizliği ve kontrolü yapılacaktır.
 - * Jeneratör tahliye vanası açılarak jeneratör iç temizliği ve kontrolü yapılacaktır.

