

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi

Sayı: :96671655 /

14.09.2023

Konu : Teklif

TEKLİF FORMU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemenin ve/veya hizmetin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın birim fiyat üzerinden, ekte yer alan teknik şartnameye uygun olacak şekilde düzenlenerek, teklifinizi pozantidh.satinalma@gmail.com adresine mail olarak gönderilmesi veya kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmesini rica ederim

Mustafa DURDU
Tıbbi Sekreter

Sıra No	Birim Fiyata Esas İş Kaleminin Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
1	SEDYELER, KOMBİNASYON (SANDALYE) SEDYE	4	ADET		
TOPLAM(KDV HARIÇ)					

Önemli Notlar:

Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

Alınan ürünlerin UBB'ye tabi olması halinde UBB Kodu'nun (UTS) yazılarak gönderilmesi şarttır.

Teklif edilen Mal/Hizmet alımları için teslim süresi, varsa markaları ve modellerinin yazılması gerekmektedir.

Verilecek olan tekliflerin en az 30 takvim günü geçerli olmalıdır.

Teklif fiyatları Türk Lirası olarak, birim fiyat üzerinden verilecektir.

Alternatif teklif verilmeyecektir.

Teklifler adı, soyadı ve ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

Son teklif tarihi :15.09.2023 saat 13.00 a kadardır. İş bu teklif tarihinden ve saatinden sonraki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İrtibat Adresi: 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi, Eski Ankara Yolu Üzeri Pozantı, ADANA

İrtibat Tel: (322)5813945 - 3067

İrtibat Fax: (322) 581 39 65

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan bu işe ait bütün belgeler tarafımızdan (teklif mektubu, teknik şartname) incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak yukarıda vermiş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı
İmzası Firma Kaşesi

KOMBİNASYON SEDYESİ

1. Ürünün kullanımı kolay ve pratik olmalıdır.
2. Ürün düz sedye olarak da kullanılabilir.
3. Ürün merdivenlerden hasta transferinde kullanılabilir.
4. Ürün sandalye konumunda kilitlenebilir.
5. Ürün sandalye üzerinde 2 adet hasta emniyet kemeri, 1 adet ayak bağlama kemeri bulunmalıdır.
6. Ürün sedye şiltesi üzerinde leke tutmayan, su geçirmeyen sağlam vinly malzemeden üretilmiş olmalıdır.
7. Ürünün kolay yapısal özelliği sayesinde ambulansa kolaylıkla monte edilebilir.
8. Ürün ISO 9001:2008 kalite standartlarında özel alaşımlı alüminyum malzemeden üretilmiş olmalıdır.
9. Ürünün ölçüleri:

- Ağırlık: 12 kg
- Maksimum uzunluk: 1880 mm
- Minimum uzunluk: 1350 mm
- Sandalye yüksekliği: 1350 mm
- Sedye yüksekliği: 210 mm
- Genişlik: 525 mm
- Yük kapasitesi: 160 kg

Olmalıdır.

Hasan GETİNKAYA
İmza