

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi

Sayı : 96671655 /

20.09.2023

Konu : Teklif

TEKLİF FORMU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemenin ve/veya hizmetin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın birim fiyat üzerinden, ekte yer alan teknik şartnameye uygun olacak şekilde düzenlenerek, teklifinizi pozantidh.satinalma@gmail.com adresine mail olarak gönderilmesi veya kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmesini rica ederim

Mustafa DÜRDU
Tıbbi Sekreter

Sıra No	Birim Fiyata Esas İş Kaleminin Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
1	SEDYELER, KOMBİNASYON (SANDALYE) SEDYE	4	ADET		
TOPLAM(KDV HARİÇ)					

Önemli Notlar:

Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

Alınan ürünlerin UBB'ye tabi olması halinde UBB Kodu'nun (UTS) yazılarak gönderilmesi şarttır.

Teklif edilen Mal/Hizmet alımları için teslim süresi, varsa markaları ve modellerinin yazılması gerekmektedir.

Verilecek olan tekliflerin en az 30 takvim günü geçerli olmalıdır.

Teklif fiyatları Türk Lirası olarak, birim fiyat üzerinden verilecektir.

Alternatif teklif verilmeyecektir.

Teklifler adı, soyadı ve ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

Son teklif tarihi :21.09.2023 saat 16.00 a kadardır. İş bu teklif tarihinden ve saatinden sonraki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İrtibat Adresi: 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi, Eski Ankara Yolu Üzeri Pozantı, ADANA

İrtibat Tel: (322)5813945 - 3067

İrtibat Fax: (322) 581 39 65

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan bu işe ait bütün belgeler tarafımızdan (teklif mektubu, teknik şartname) incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak yukarıda vermiş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı
İmzası Firma Kaşesi

KOMBİNASYON SANDALYE SEDYE TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

1. İSTENİLEN TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER:
2. Yuvarlak profil mukavim ve özel alaşımlı alüminyum konstrüksiyon dayanıklılık sağlamalı ve kullanıcı tarafından karşılanması gereken ağırlığı azaltmalıdır.
3. Yerine ve durumuna göre sandalye fonksiyonu veya sedye fonksiyonu kullanılabilir.
4. Kullanılmadığında kapalı şekilde tutulmalı, 2 ayarlanabilen kayışa, 1 çift kulpa ve bir çift tekerleğe sahip olmalıdır.
5. Hastanın emniyet kemer sistemi hastanın rutin taşımalar ve acil durumlarda taşıma sırasında maksimum güvenlik sağlamalıdır.
6. Kulplar, hasta taşımaya yardım etmek üzere iskeletin üst arka tarafına muhafaza edilmesine kolaylık sağlamak için ilgili çerçeve bölümlerine paralel olarak katlanmalı veya kaldırılabilir.
7. Oturma ve yaslanma bölümleri kolay alev almayan, leke tutmayan ve allerjen olmayan pvc kaplamalı kumaştan üretilmiş olmalı.
8. Sedye sandalye pozisyonunda sabitlenebilir olmalıdır.
9. Uzunluk max .2000 mm - min. 1350 mm; genişlik max.550 – min.540 mm, yükseklik max.210 mm – min.200 mm , ağırlık max .11 kg, yük kapasitesi 150 kg standartlarında olmalıdır.

GARANTİ:

Cihaz teslim tarihinden itibaren imalat ve montaj hatalarına karşı en az 2(iki) yıl garanti olacaktır. Bundan sonraki 10(on) yıl içinde ücret karşılığında yedek parça temin etmeyi firmalar taahhüt edeceklerdir. Bu durum hem satıcı hem de üretici veya ithalatçı firma tarafından teklifle beraber yazılı olarak verilecektir.

İSTENİLEN DÖKÜMANLAR:

Teklif edilen malzeme ISO 9001 veya Uluslararası kabul görmüş (ISO,VDE,FDA,IRC,TÜV,UL vb.) standart belgesinden en az birine haiz olmalı TSEN 1865-1 +A1 belgesi bulunmalı ve firma teklifinde bunu belgelemelidir.

Cihazın özelliklerini belirten orijinal kataloğu da teklifle birlikte verilecektir.

Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve türkçe olarak cevapladıkları şartnameye uygunluk belgesini teklifle beraber vereceklerdir. Bu cevaplar orijinal dokümanlarıyla karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Şartnamede istenen özellikleri sağlamayan firmanın teklifleri reddedilecektir.

GÜLÜ ÇİFTÇİ
EBE