

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi

Sayı: :96671655 /

14.11.2023

Konu : Teklif

TEKLİF FORMU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemenin ve/veya hizmetin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın birim fiyat üzerinden, ekte yer alan teknik şartnameye uygun olacak şekilde düzenlenerek, teklifinizi pozantidh.satinalma@gmail.com adresine mail olarak gönderilmesi veya kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmesini rica ederim

Mustafa DURDU
Tıbbi Sekreter

Sıra No	Birim Fiyata Esas İş Kaleminin Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
1	TANSİYON ALETİ MANŞONU ÇİFT HORTUMLU YETİŞKİN	10	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Önemli Notlar:

Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

Alınan ürünlerin UBB'ye tabi olması halinde UBB Kodu'nun (UTS) yazılarak gönderilmesi şarttır.

Teklif edilen Mal/Hizmet alımları için teslim süresi, varsa markaları ve modellerinin yazılması gerekmektedir.

Verilecek olan tekliflerin en az 30 takvim günü geçerli olmalıdır.

Teklif fiyatları Türk Lirası olarak, birim fiyat üzerinden verilecektir.

Alternatif teklif verilmeyecektir.

Teklifler adı, soyadı ve ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

Son teklif tarihi :15.11.2023 saat 13.00 a kadardır. İş bu teklif tarihinden ve saatinden sonraki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İrtibat Adresi: 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi, Eski Ankara Yolu Üzeri Pozantı, ADANA

İrtibat Tel: (322)5813945 - 3067

İrtibat Fax: (322) 581 39 65

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan bu işe ait bütün belgeler tarafımızdan (teklif mektubu, teknik şartname) incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak yukarıda vermiş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı

İmzası Firma Kaşesi

TANSİYON ALETİ MANŞONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tansiyon aletinin manşonu yetişkin tip, özel kumaştan üretilmiş olmalıdır.
- Tansiyon aletinin manşonu telli(kancalı) ve yeşil renkte olmalıdır.
- Tansiyon aletinin manşon genişliği 14 cm ,uzunluğu 54 cm olmalıdır.
- Tansiyon aletinin manşonu iç lastikle birlikte olmalıdır.
- Tansiyon aletinin manşonu 22-32 cm kol çapı olmalıdır.
- Tansiyon aletinin manşonun iç lastik hortum uzunluğu 80 cm olmalıdır.
- Tansiyon aletinin manşonun iç lastiği çift çıkışlı olmalıdır.
- Tansiyon aletinin manşonu CE 0123 belgeli olmalıdır.
- Tansiyon aletinin manşonu yıkanabilir olmalıdır.
- Tansiyon aletinin manşonunun iç lastiği katlamalara dayanıklı olmalıdır
- Satın alınan biyomedikal tüketim malzemesinin TİTUBB / ÜTS kaydı olmalıdır.
- Cihaz/Malzeme teklif eden isteklinin ÇKYS de UBB kapsamında ise T:C: İlaç ve Tıbbi Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına(TİTUBB) kayıtlı olduğuna ve teklif edilen cihazın T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında(TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge tekliflerin ekinde sunulmalıdır.
- Faturada muhakkak UBB barkodu bulunacaktır.
- Faturadaki ürün adı "**TANSİYON ALETİ MANŞONU ÇİFT HORTUMLU YETİŞKİN**" şeklinde olacaktır.

Dilber Atay