

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi

Sayı : 96671655 /

22.11.2023

Konu : Teklif

TEKLİF FORMU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemenin ve/veya hizmetin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın birim fiyat üzerinden, ekte yer alan teknik şartnameye uygun olacak şekilde düzenlenerek, teklifinizi pozantidh.satinalma@gmail.com adresine mail olarak gönderilmesi veya kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmesini rica ederim

Mustafa DURDU
Tıbbi Sekreter

Sıra No	Birim Fiyata Esas İş Kaleminin Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
1	MATRIKS TAŞIYICI YENGEÇ	20	ADET		
2	BOL KAŞIĞI	5	ADET		
3	ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (ROND)	200	ADET		
4	DAVYE TAKIMI	10	ADET		
TOPLAM(KDV HARİÇ)					

Önemli Notlar:

Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

Alınan ürünlerin UBB'ye tabi olması halinde UBB Kodu'nun (UTS) yazılarak gönderilmesi şarttır.

Teklif edilen Mal/Hizmet alımları için teslim süresi, varsa markaları ve modellerinin yazılması gerekmektedir.

Verilecek olan tekliflerin en az 30 takvim günü geçerli olmalıdır.

Teklif fiyatları Türk Lirası olarak, birim fiyat üzerinden verilecektir.

Alternatif teklif verilmeyecektir.

Teklifler adı, soyadı ve ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

Son teklif tarihi :23.11.2023 saat 12.00 a kadardır. İş bu teklif tarihinden ve saatinden sonraki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İrtibat Adresi: 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi, Eski Ankara Yolu Üzeri Pozantı, ADANA

İrtibat Tel: (322)5813945 - 3067

İrtibat Fax: (322) 581 39 65

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan bu işe ait bütün belgeler tarafımızdan (teklif mektubu, teknik şartname) incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak yukarıda vermiş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı
İmzası Firma Kaşesi

FREZ ELMAS ROND

- Frezler orijinal ambalajında olacak.
- Frezlerin taban çapı aeratör standartlarında olacak.
- Frezler elmas olmalıdır.
- Frezler sadece ront şeklinde ve muhtelif kalınlıklarda olmalıdır.
- Frezler en az 30.000 Ppm dayanıklı olmalıdır.
- Frezler kalın ve ince grenli olmalıdır.
- Ebatları teslim sırasında Kron Köprü ve Tedavi sorumlu hekimleri tarafından seçilecektir.
- Yüksek aşındırma özelliğine sahip olmalıdır.
- Frez gren büyüklükleri renklerle kodlandırılarak frez üzerinde görülmelidir.
- Katalogdaki ürün kodu ile orijinal ambalajındaki ürün kodu birbirini tutmalıdır.
- Kullanacak kurumlar tarafından muhtelif boy ve şekillerde (ront, fissür, mermi uçlu, alev uçlu, mercimek vs.) grenlerde seçilecektir.
- Frezler için sterilizasyona ve dezenfeksiyona uygun olmalıdır. Korozyona uğramamalıdır.
- Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır.

Rezantı 80 Yıl Devlet Hastanesi
Dr. Ercan ALGİLİ
Diş Hekimi
Dip. Tescil No: 43334

DAVYE TAKIMI

- Davye takımı üst çene ve alt çene davyelerini içerecek şekilde en az 10 adet davyeden oluşmalıdır.
- Davyelerin uç kısımları cerrahide kullanıma uygun olmalıdır. Kullanım sırasında deforme olmamalıdır.
- Davyelerin sapları tutmayı kolaylaştırıcı şekilde baklava dilimi desenli olmalıdır.
- Davyelerin uç kısımları tutunmayı kolaylaştırıcı şekilde kare biçiminde oluklara sahip olmalıdır.
- Üzerlerinde firma logosu ve menşei silinmeyecek şekilde yazılı olmalı.
- Aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.
- Aletlerin hepsi standart şekilde olmalıdır.
- Aletler 200 dereceye kadar kuru hava sterilizatöründe ve otoklavda sterilizasyona uygun olmalı.
- Uluslar arası sertlik derecelerine göre 48-52 Rockwell sertlikte olmalıdır
- Fabrika hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır. Satıcı firma tarafından ihale dosyasında garanti taahhütnamesi bulunmalıdır.

YENGEÇ MATRIX ALETİ

- Paslanmaz çelikten, yüzeyi düzgün, tırtıksız olmalıdır.
- 135 derece otoklavda steril edilebilmelidir.
- Yüzey ve alet dezenfektanına dayanıklı olmalıdır.
- Korozyona uğramamalıdır.
- Üzerinde üretici firmanın logosu olmalıdır.
- Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır.

BOL KAŞIĞI

- Alçı ve alginat karıştırmakta kullanılacaktır,
- Esnek olmalı,
- Ergonomik olmalı,

Pozantı 80. Yılı Devlet Hastanesi
Dt. Ergun ALGÜL
Diş Hekimi
Dip. Tescil No: 58731