

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi

Sayı: :96671655 /
Konu : Teklif

15.12.2023

TEKLİF FORMU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemenin ve/veya hizmetin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın birim fiyat üzerinden, ekte yer alan teknik şartnameye uygun olacak şekilde düzenlenerek, teklifinizi pozantidh.satinalma@gmail.com adresine mail olarak gönderilmesi veya kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmesini rica ederim

Mustafa DURDU
Tıbbi Sekreter

Sıra No	HİZMET ADI	Miktar	BİRİM	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
1	KİŞİSEL YAKA DOZİMETRESİ 12 AYLIK	60	ADET		
				GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ)	

Önemli Notlar:

Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

Alınan ürünlerin UBB'ye tabi olması halinde UBB Kodu'nun (UTS) yazılarak gönderilmesi şarttır.

Teklif edilen Mal/Hizmet alımları için teslim süresi, varsa markaları ve modellerinin yazılması gerekmektedir.

Verilecek olan tekliflerin en az 30 takvim günü geçerli olmalıdır.

Teklif fiyatları Türk Lirası olarak, birim fiyat üzerinden verilecektir.

Alternatif teklif verilmeyecektir.

Teklifler adı, soyadı ve ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

Son teklif tarihi :18.12.2023 saat 12:00 a kadardır. İş bu teklif tarihinden ve saatinden sonraki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İrtibat Adresi: 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi, Eski Ankara Yolu Üzeri Pozantı, ADANA

İrtibat Tel: (322)5813945 - 3067

İrtibat Fax: (322) 581 39 65

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan bu işe ait bütün belgeler tarafımızdan (teklif mektubu, teknik şartname) incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak yukarıda vermiş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı
İmzası Firma Kaşesi

KİŞİSEL YAKA DOZİMETRE TEKNİK ŞARTNAME

- 1 -Kişisel dozimetre hizmeti, ikişer aylık periyotlarla, bir senede toplam altı kere olacak şekilde verilmelidir
- 2-Kişisel doz ölçümünde kullanılacak dozimetreler pasif dozimetre olacak Ve termoluminesans veya optikluminesans özelliği gösteren kristallerden oluşmuş olacaktır.
- 3-Dozimetreler kapalı zarflar içerisinde "dozimetre dağıtım listesi" ve resmi ön yazı ile birlikte, yüklenici firmanın anlaşma yaptığı kargo firması, aracılığıyla ilgili sağlık tesisine gönderilmelidir.
- 4-Dozimetre üzerinde personel ismi, kuruluş ismi \ klinik ismi, dozimetre bilgileri ve ilgili periyodu belirten bir renk kodlaması olmalıdır.
- 5-Dozimetreler ergonomik boyut ve ağırlıkta bununla birlikte su geçirmez olmalıdır,
- 6-Kişisel dozimetre hizmeti kapsamında, yeni periyoda ait dozimetreler ilgili sağlık tesisine ulaştırıldıktan sonra ilgili sağlık tesisi tarafından kullanılmış olan eski periyoda ait dozimetreler için sağlık tesisi tarafından yüklenici aranarak eski dozimetreler yüklenici firma tarafından sağlık tesisinden aldırılacaktır.
- 7-Yüklenici firma, eski periyot dozimetreler kendisine ulaştıktan sonra en geç 7 (yedi) gün içerisinde dozimetrelerin analiz sonuçlarını ilgili sağlık tesisine yazılı rapor halinde bildirecektir.
- 8-Yüklenici firma, analiz sonucunda, yaka dozimetre analiz sonucu aylık 2 mSv,bilek veya yüzük dozimetre analiz sonucu aylık 20 mSv'lik değeri geçen sonuçlar için7 (yedi) gün içerisinde yüksek doz bildiriminde bulunmalı ,kayıtlarını tutmalıdır. Ayrıca, gerekçelerini yazılı olarak bildirmek kaydıyla, gerekli gördüğü durumlarda bu analizleri yeniden yapılmalıdır.
- 9-Yüklenici firma acil kaza durumlarında, dozimetreleri en geç 2 (iki) gün içinde değerlendirmeli ve sonucu ile ilgili sağlık tesisine bildirmelidir.
- 10-Dozimetreler en az 40 KeV-1.35 MeV arasındaki foton enerjisine duyarlı olmalıdır.Bu aralığı içerdiğini gösterir, firmanın TAEK tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak; TAEK Dozimetre servisi uygunluk Belgesi ihale teklif ile birlikte sunulmalıdır.
- 11- Dozimetreler 0,05mSv-10mSv arasında doz ölçümü gerçekleştirebilmelidir.

Semih YILDIR
SMD

12-Doz raporlarında analiz sonuçları her bir çalışan için yaka dozimetresinde; tüm vücut dozu [HP 10(on)] ve deri dozu [HP (0,07)] bilek veya yüzük dozimetre analiz sonuçlarında ise sadece deri dozu [HP (0,07)] Şeklinde periyot çeyrek dönem ve yıllık dozlar olarak ayrı ayrı verilmelidir.

13- Yüklenici firma, eski periyot dozimetrelerin değerlendirme işlemini gerçekleştirdikten sonra, analiz sonuçlarını Türkiye Atom Enerji Kurumu'nun "Ulusal Doz Kayıt Sistemi"ne kaydetmelidir.

14-Yüklenici firma kişisel doz izleme programın çerçevesinde, sağlık Tesisinde Radyoloji Birim sorumlusuna sağlık tesisinde radyasyon kaynakları ile çalışan alanlarda görev yapan kişilerin yüksek doz bildirimini, dozimetre analizi, sonuçları, periyot ve yıllık dozları olarak ayrı ayrı analiz sonuçlarını kurum bazında ve çalışan bazında görebilecek şekilde giriş ve raporlama yetkisi verebilmelidir.

15-yüklenici firma tarafında kişisel dozimetre hizmeti için dozimetrelerle yapılan doz değerlendirmeleri TAEK'in yayınlamış olduğu usul ve esaslar çevresinde belirtildiği uluslararası standart listesine göre geçerliliği doğrulanmış değerlendirme metotlarına göre yapılmalıdır.

16-Yüklenici firma TS EN ISO/IEC 17025 belgesini ve bu kapsamda TÜRKAK akreditasyonu almış olduğunu belgelendirmelidir. Bu belgeler işe başlarken ilgili sağlık tesisinin kontrol teşkilatına sunulacaktır.

17- Kontrol dozimetresi firma tarafından ücretsiz sağlanacaktır.

Semih YILDIR
Smt