

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi

Sayı: :96671655 /

25.12.2023

Konu : Teklif

TEKLİF FORMU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemenin ve/veya hizmetin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın birim fiyat üzerinden, ekte yer alan teknik şartnameye uygun olacak şekilde düzenlenerek, teklifinizi pozantidh.satinalma@gmail.com adresine mail olarak gönderilmesi veya kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmesini rica ederim

Mustafa DURDU
Tıbbi Sekreter

Sıra No	Birim Fiyata Esas İş Kaleminin Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
1	HEMODİYALİZ CİHAZLARI BAKIM VE ONARIMI (2024 YILI)	12	AY		
TOPLAM (KDV HARIÇ)					

Önemli Notlar:

Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

UTS Kaydı, faaliyet belgesi, hizmet yeterlilik belgesi, oda kayıt belgesi (var ise sicil gazetesi) vekil imza edecek ise vekalet örneği, istenilen belgeler ile birlikte teklifin ekinde sunulması zorunludur.

Alınan ürünlerin UBB'ye tabi olması halinde UBB Kodu'nun (UTS) yazılarak gönderilmesi şarttır.

Teklif edilen Mal/Hizmet alımları için teslim süresi, varsa markaları ve modellerinin yazılması gerekmektedir.

Verilecek olan tekliflerin en az 30 takvim günü geçerli olmalıdır.

Teklif fiyatları Türk Lirası olarak, birim fiyat üzerinden verilecektir.

Alternatif teklif verilmeyecektir.

Teklifler adı, soyadı ve ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

Son teklif tarihi :26.12.2023 saat 14:00 a kadardır. İş bu teklif tarihinden ve saatinden sonraki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İrtibat Adresi: 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi, Eski Ankara Yolu Üzeri Pozantı, ADANA

İrtibat Tel: (322)5813945 - 3067

İrtibat Fax: (322) 581 39 65

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan bu işe ait bütün belgeler tarafımızdan (teklif mektubu, teknik şartname) incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak yukarıda vermiş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı
İmzası Firma Kaşesi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ
2024 YILI İÇİN 10 ADET HEMODİYALİZ CİHAZI BAKIM ONARIM ŞARTNAMESİ

1.KONU:

Bu teknik şartname Pozantı 80.yıl Devlet Hastanesi envanterinde bulunan ekteki listede belirtilen hemodiyaliz cihazlarının, cihaz takip işlemleri, periyodik bakımlarının yapılması, arıza durumlarında müdahale ve onarım hizmetlerinin yapılması işini kapsamaktadır.

2.TANIMLAR

Periyodik Bakım: Cihaz(lar)da Sistem(ler)de meydana gelebilecek arızaları önlemek,sistem performansını arttırmak arıza olasılığını azaltmak,sistemin ömrünü uzatmak ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla,firma tarafından cihaz(lar)ın sistem(ler)in yapısına uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılan,temizleyici,koruyucu ve düzeltici nitelikte ve gerektiğinde parça değiştirmeyi (monte etmeyi) de kapsayan her türlü girişim ve kontroldür.

Tamir Edici Bakım Onarım: Cihaz(lar)ın sistem(ler)in tümünün ve/veya bir parçasının teknik prospektüslerinde belirtilen performans ve/veya fonksiyonlarından bir veya bir kaçını kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi ve/veya bir hatanın ortaya çıkması durumunda; cihaz(lar)ın sistem(ler)in performans ve fonksiyonlarının istenen/gereken düzeye gelmesi için firmanın yapacağı ve gerektiğinde parça değiştirmeyi (monte etmeyi) de kapsayan, cihaz(lar)ın sistem(ler)in tam fonksiyonlu çalışır hale gelmesi için gereken her türlü işlemdir.


Yedek Parça:Cihaz(lar)da Sistem(ler)de arızanın giderilmesi, performansın artırılması,tam kapasite çalışması için değiştirilmesi zorunlu olan her türlü parçayı ifade eder.Malzeme: Cihaz(lar)ın /sistem(ler)in bakımı ve onarımı sırasında gerekli olan her türlü sarf,bakım,temizlik,ve koruyucu malzemeyi kapsar.

Arıza:Tıbbi Cihazların ve aksesuarların,fonksiyonlarından bir veya bir kaçını yerine getirememesi,sonuçlarının üretici tarafından belirlenen standartlar içinde olmaması artefaktlı çalışması,beklenmeyen şekilde sesli çalışmasıdır.

Tıbbi Cihaz:İnsanda kullandıklarında asli fonksiyonunu,farmakolojik,kimyasal,immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan; fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde bir hastalığın,yaralanmanın,sakatlığın tanısı, tedavisi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması,hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi, anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması , doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak amacıyla üretilmiş,tek başına veya birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekirse bilgisayar yazılımı ile de kullanılan ve cansız hayvanların dokularından da elde edilen ürünler dahil olmak üzere her türlü araç,alet,cihaz,aksesuar veya diğer malzemelerdir.

Aksesuar : Kendi başına cihaz sayılmayan, fakat cihaz ile birlikte kullanılmak amacıyla üretilen parça veya parçalardır.


Bekir DEMİR
Biyomedikal Cihaz Teknolojiler
Teknisyeni


Emre İLHAN
Elektrik Teknikeri

3.İŞİN KAPSAMI:

3.1. Firmanın yüklediği bakım ve onarım cihazı ve ekipmanları bir bütün olarak kapsar. Arızalanan ve değiştirilmesi gerekli olan parçalar idarenin onayı alınmadan değiştirilmeyecektir. Değiştirilen arızalı parçalar forma yazılarak idareye teslim edilecektir. Arızalı parçalar teslim edilmediği takdirde yeni parçalar için ödeme yapılmayacaktır.

3.2. Firma yedek parça fiyat listesini ihale evraklarıyla birlikte verecektir.

3.3. Koruyucu Bakım: Firma tarafından İdare'nin yazılı ve/veya sözlü bir isteği olması aranmaksızın ve beklemezsizin periyotlara uygun olarak yapılacaktır. Firma periyotlarda bakıma geleceği ayın ilk haftası olmak koşulu ile hangi tarihlerde bakıma geleceğini 1 yılı kapsayacak şekilde idareye bildirecektir ve mücbir bir sebep olmadıkça bu tarihlere riayet edecektir. Periyodik bakımlar bakım tarihlerini değiştirmede idare yetkilidir. Firma cihaz(lar)ın sistem(ler)in üretici firma referanslarında geçen bakım prosedürü check üst ve ayarlamalarını içeren işlem basamakları için gerekleri , formları ,belgeleri eksiksiz dolduracak ve yaptığı bakımla ilgili bir rapor düzenleyecektir. Firmaraporunbir kopyasını idareye teslim edecektir. Firma yaptığı her bakımda bu form ve belgeleri eksiksiz dolduracak ve yaptığı bakımla ilgili rapor düzenleyecektir. Firma raporun bir kopyasını idareye teslim edecektir. Bakım raporunun teslim edilmediği dönemlerde idare yüklenicinin o dönemi kapsayan bakımı yapmadığını varsayarak bu dönem için ödeme yapılmayacaktır.

3.4. İlgili cihazın periyodik ve koruyucu bakımı bitirilip cihaz bölüme teslim edildikten sonra cihaz/sistemin bakımını yapan yüklenici firma tarafından 4 nüshalı 'Servis Formu' düzenlenir ve bu formların birer nüshası cihaz/sistemin bulunduğu ilgili birimde bir nüshası kurumun klinik mühendislik biriminde, bir nüshası ise yükleyiciye kalır, diğer nüsha fatura ile birlikte ilgili hastanenin satın alma birimine verilir. Bu belgede yüklenicinin bakımını yapan teknik elemanın imzası olacaktır. Sözleşme gereği bu rapor formlarında yapılması gereken işlerin tamamlandığı işe başlama ve bitirme saatleri ile birlikte belirtilir.

3.5. Bakım-onarım kapsamında ekteki tabloda listelenmiş cihazlar ve teknolojik ekipmanlar bakım ve onarımları veya oluşabilecek arızalar, buldukları yerlerde veya hastane bünyesinde yapılacaktır. Onarımların yerinde yapılmasının mümkün olmadığı hallerde idarenin onayı alınarak söz konusu cihazlar ve teknolojik ekipmanlar yükleyici firmanın hizmet vereceği mahalle , yüklenici tarafından nakledilmek suretiyle bakım onarımları gerçekleştirip yerlerine tekrar çalışır vaziyette montajları yapılacaktır. Bu durumda herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir.

3.6. Periyodik bakımların saati idare tarafından kararlaştırılır. Periyodik bakım saatleri, idare tarafından önceden bildirilen davet yazısında verilen tarih ve saate göre yapılacaktır. Bunun dışında acil durumlarda çağırılma halinde yüklenici herhangi bir ücret talep etmeden aşağıda verilen saatler içerisinde müdahalede bulunacaktır.

3.7. Onarım işlemlerinin firma tarafından başlatılması için gereken süre, arıza bildiriminin, idare tarafından yazılı veya sözlü olarak firmaya bildirdiği saatte başlar. Yüklenici, yazılı veya sözlü bildirimden itibaren en geç 24(yirmi dört) saat içerisinde cihaza müdahale ederek onarımının yapılması ve ihtiyacı belirlemekle yükümlüdür. Yedek parça ihtiyacı olmaması halinde bildirimden itibaren en geç 48 (kırk sekiz) saat içerisinde yedek parça gerektiği durumlarda ise idarenin parça temin edip yükleniciye teslimine müteakip mücbir sebep olmadıkça 48 (kırk sekiz) saat içerisinde arıza giderilerek cihaz çalışır durumda ilgililere teslim edilecektir. Şayet bahsedilen saatler içerisinde cihazın arızası giderilemediği her gün için, cihaz başına günlük %10 oranında hak edişten kesinti yapılacaktır.

3.8. Bakım Onarım işlerinin yapılması için sözleşme süresi sonuna kadar firma mutlaka yetkili konumda koordinasyondan sorumlu teknik bir kişi (bundan böyle sorumlu olarak geçecektir.) görevlendirilecektir. Bu sorumlunun bilgileri birime bildirilecektir. Bakıma ve tamirata

gelecek diğer teknik elemanların sayısı,adı,soyadı,teknik ünvanları ve 1 adet vesikalık resimlerinin olduğu belge sorumlu oldukları işlere göre ayrı ayrı belirlenerek sözleşmeden sonra idareye verilecektir. Firmanın eleman değiştirmesi durumunda yeni elemana ait bilgilerde birime bildirilecektir. Hastane yetkilileri ihtiyaç duyulan her zaman sorumluya ulaşabilmedir.

3.9.Firma adına sürekli ve/veya geçici çalışanların her türlü sosyal ve özlük haklarından,güvenliklerinden firma sorumludur.İdare'nin dolaylı veya dolaysız herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

3.10 Firma mümkün olduğunca sorumlu elemanı değiştirmeyecektir. Değişiklik olduğu takdirde de sorumlu değişikliğini birime bildirecektir.

3.11.Bakım-onarım süresi içinde her bir sistem ve cihaz için yıllık çalışma ve kullanılabilirlik ölçümü en az %95(%95 up-time) olmalıdır. Buna göre her sistem ve cihaz %95'lik up-time oranı ile yıllık olarak (yaklaşık 8765 saatlik periyodu ifade eder.) en fazla 18.2 gün yaklaşık (438 saat) çalışma ve kullanım dışı (down-time) kalabilir. Buna göre sistemler; eğer yıl içerisinde arıza veya diğer etkiler nedeniyle 18.2 günden daha az (%5 down time) hizmet vermezler ise bu sürenin bakım-onarım süresine eklenmesine gerek yoktur.Ancak yıllık olarak 18.2 günü aşan süre kadar bakım onarım zamanına iki katı süre eklenecektir.

3.12.Arızanın ve bakımın sonlandırılması idarenin onayı ile gerçekleşmiş sayılacaktır.

3.13 Firma arızanın giderilmesi ve/veya sonrasında varsa yazılım programlarında, cihaz özelliklerinde up-grade, iyileştirme gerektiği takdirde bunu ücretsiz olarak yapacaktır.Up-grade sonrası bir kullanıcı eğitimi gerektiği takdirde firma eğitimi İdare'nin belirleyeceği elemanlar için ücretsiz olarak Adana'da sağlayacaktır.

3.14 Bakım onarım sırasında firmanın teknik personelinin hatasından kaynaklanan ve idare veya üçüncü şahıslara gelecek maddi ve bedensel zararlardan firma sorumlu olacaktır. Bu hasarların giderilmesinden firma sorumlu olacaktır.

3.15. Firma cihazların bakımları esnasında yapılan işlemler ve kalite kontrol ölçüm sonuçları (yapılan ölçümlerle ilgili üretici firmanın belirlediği limitler) rapor içerisinde bulunmalıdır. Bu raporu sağlık tesisinin ilgili birim sorumlusuna her bakım ve arızanın sonunda teslim etmekle yükümlüdür.

3.16 Sözleşme süreci içinde;

-Yanlış işçilik/montaj/bakımdan kaynaklanan nedenler ve/veya

-Firma tarafından periyodik olarak yapılması gereken kontrol,bakım ve onarımların yapılmaması (bakım onarım cetvelleri ve İdare'nin yaptığı denetleme sonuçları dikkate alınacaktır.)

-Yanlış/kalitesiz/arızalı/ucuz/kullanılmış /yetersiz sayıda yedek parça ve malzeme (yedek parça faturaları dikkate alınacaktır.) kullanımı sonucu arızalanan ve çalıştırılmayan ekipman(lar), sistem(ler), parça(lar) yenileriyle firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.

3.17. Firma bakımları esnasında ömür süreleri dolmakta olan sarf malzemelerin veya kısa süre içinde arızalanması muhtemel yedek parçaları servis raporuna yazarak sağlık tesisinin ilgili birim sorumlusuna teslim edecektir.(teknik biirm veya klinik mühendislik .

3.18.İlgili şartnamede belirtilen cihazların sayılarında eksilme olduğu takdirde (H.E.K'e ayrılma ve il sağlık müdürlüğü bünyesindeki tesislerden dışarı gönderildiğinde) teklif mektubunda belirtilen birim

fiyatı üzerinden prosedür gerekmeksizin tek taraflı olarak Hastane Yöneticiliği firmaya bildirim yaparak ayrılan cihazın ücretini hizmet hak edişinden düşecektir.

3.19Yüklenici; bakım faaliyetlerinde cihaz/sistemin **elektrik güvenlik testlerini** yapmalıdır.

3.20 Hastanenin diyaliz faaliyetlerini herhangi bir nedenle tamamen veya kısmen başka bir alanda sürdürmeye başlanması durumunda cihazlar taşınacak olup, sözleşme yapılan cihaz yada cihazların taşınmaması durumunda, sözleşme idarece tek taraflı feshedilecektir. Sözleşme imzalayan firma bu konu da herhangi bir itiraz ve tazminat talebinde bulunmayacaktır.

4. Yüklenici firma, yapacağı işlemler sırasında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Kanuna Bağlı Güncel Tüm Mevzuatlara ilişkin her türlü tedbirlerin alınmasından ve bu önlemlerin alınmaması durumunda meydana gelebilecek, insanlı-insansız kazalardan, cezai ve hukuki olarak sorumludur.

5.Bakımla İlgili Şartlar:

1-Teklif edilen cihaza /cihazlara ait TSE den alınmış TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır. (TS13703 veya TS 12426 standartları) bu belge teklif ile birlikte sunulmalıdır.

2- Yüklenici firma tarafından, teklif edilen cihaza/cihazlara marka ve modeline göre yetkili servis olduklarını gösteren belge olmalıdır. Bu belge teklif ile birlikte sunulmalıdır.

3- Teklif verecek firmanın ve bakım onarım işlemlerini yapacak olan personelin ilgili firma nezdinde ÜTS kaydı bulunmalıdır. Teklif ile birlikte kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri sunmalıdır.

EK : CİHAZ LİSTESİ

Sıra no	Cihazın Adı	Cihaz Üreticisi ve Markası	Cihazın modeli	Kurum
1	HEMODİYALİZ	FRESENIUS	4008S	HEMODİYALİZ SERVİSİ
2	HEMODİYALİZ	FRESENIUS	4008S	HEMODİYALİZ SERVİSİ
3	HEMODİYALİZ	FRESENIUS	4008S	HEMODİYALİZ SERVİSİ
4	HEMODİYALİZ	FRESENIUS	4008S	HEMODİYALİZ SERVİSİ
5	HEMODİYALİZ	FRESENIUS	4008S	HEMODİYALİZ SERVİSİ
6	HEMODİYALİZ	FRESENIUS	4008S	HEMODİYALİZ SERVİSİ
7	HEMODİYALİZ	FRESENIUS	4008S	HEMODİYALİZ SERVİSİ
8	HEMODİYALİZ	FRESENIUS	4008S	HEMODİYALİZ SERVİSİ
9	HEMODİYALİZ	FRESENIUS	4008S	HEMODİYALİZ SERVİSİ
10	HEMODİYALİZ	FRESENIUS	4008B	HEMODİYALİZ SERVİSİ

BAKIM ÇALIŞMALARI PLANLAMASINDA DİKKATE ALINMASI GEREKENLER

- a. Bakım onarım çalışmalarını hastane tarafınca hafta içi mesai saatleri (09:00\16:00) arası tamamlanmış olacak durumda ayarlanmalıdır ve hastane tarafınca gelinmeden 1(bir) gün önce teknik birim görevlilerine iletilmelidir.
- b. Bakım onarım çalışmaları esnasında ve\veya hastane tarafınca bildirilen arıza bildirimlerde firmanız tarafınca tesbiti yapılmış arızalı parça ve\veya parçaların teknik özellikleri ayrıca form tutularak belirtilmeli ve teslim edilmelidir

BAKIM TAKVİMİ

Bakımlar ilgili ayın 1 ile 15'i arasında yapılacaktır. Tarihler mucbir sebepler veya idarenin inisiyatifi doğrultusunda yükleniciye bildirilmek suerti ile değiştirilebilir.

Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X