

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi

Sayı: :96671655 /

21.02.2024

Konu : Teklif

TEKLİF FORMU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemenin ve/veya hizmetin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın birim fiyat üzerinden, ekte yer alan teknik şartnameye uygun olacak şekilde düzenlenerek, teklifinizi pozantidh.satinalma@gmail.com adresine mail olarak gönderilmesi veya kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmesini rica ederim

Mustafa DURDU
Tıbbi Sekreter

Sıra No	Birim Fiyata Esas İş Kaleminin Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
1	EKG KABLOSU ÇİTÇİT-SNAP UÇLU AHA RENK KODLU POLİÜRETAN KAPLI 5LEAD	3	ADET		
				TOPLAM(KDV HARIÇ)	

Önemli Notlar:

Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

Alınan ürünlerin UBB'ye tabi olması halinde UBB Kodu'nun (UTS) yazılarak gönderilmesi şarttır.

Teklif edilen Mal/Hizmet alımları için teslim süresi, varsa markaları ve modellerinin yazılması gerekmektedir.

Verilecek olan tekliflerin en az 30 takvim günü geçerli olmalıdır.

Teklif fiyatları Türk Lirası olarak, birim fiyat üzerinden verilecektir.

Alternatif teklif verilmeyecektir.

Teklifler adı, soyadı ve ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

Son teklif tarihi :22.02.2024 saat 11.00 a kadardır. İş bu teklif tarihinden ve saatinden sonraki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İrtibat Adresi: 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi, Eski Ankara Yolu Üzeri Pozantı, ADANA

İrtibat Tel: (322)5813945 - 3067

İrtibat Fax: (322) 581 39 65

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan bu işe ait bütün belgeler tarafımızdan (teklif mektubu, teknik şartname) incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak yukarıda vermiş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı

İmzası Firma Kaşesi

Hastabaşı Monitörü EKG Kablosu ve 5 Lead Hasta Kablosu Teknik Şartnamesi

- 1-Teklif edilen EKG kablosu 5 lead olmalı ve monitör bağlantı ara kablosuyla birlikte takım olarak teklif edilmelidir.
- 2-Teklif edilen EKG kablosu hastaenizde kullanılan FİRSTMED PM-6000 marka hastabaşı monitörünün orijinal kablosu olmalıdır.Orginal olmayan kablolar değerlendirme dışı kalacaktır.
- 3-Teklif edilen EKG kablosu cihazın alarm vermesi ve doğru ölçümler yapabilmesi açısından kullanılacağı cihaz ile aynı marka olmalıdır.Bu konuda ilgili sorumludan uygunluk alınmalıdır.
- 4-Teklif edilen EKG kablosu hasta bağlantı kablosu 5 lead hasta kablosunun bağlanacağı şekilde olmalıdır.
- 5-Teklif edilen EKG kablosu tek parçadan oluşmalıdır,EKG girişi renk kodlu olmalıdır.
- 6-Teklif edilen EKG kablosunun ucuna takılacak hasta bağlantı kablosunun çit çit li veya klips li gibi seçenekleri bulunmadır.
- 7-Teklifi veren firmanın TSE belgesi mevcut olmalıdır.
- 8-Satın alınan biyomedikal tüketim malzemesinin TİTUBB/ÜTS kaydı olmalıdır.
- 9-Cihaz/Malzeme teklif eden isteklinin ÇKYS de UBB kapsamında ise T:C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğuna ve teklif edilen cihazın T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge tekliflerin ekinde sunulmalıdır.
- 10-Faturada muhakkak UBB barkodu bulunacaktır.
- 11-Faturadaki ürün adı "EKG KABLOSU ÇİTÇİT-SNAP UÇLU AHA RENK KODLU POLİÜRETAN KAPLI 5 LEAD " şeklinde olacaktır.


Ayşenur Dوغانay
EKG Teknikeri


Bekir Demir